

# AKUSTICKÁ KOMORA





➤ **Požiarň hlásič**


➤ **Kamera**

➤ **Elektroinštalácia**



**AKUSTICKÉ DVERE**

**AKUSTICKÉ OKNO**




**Špeciálne technologické  
prestupy pre  
vzduchotechniku, kabeláž a  
meranie.**

## AKUSTICKÁ IZOLÁCIA ŠEJKRU:

**AKUSTICKÁ MEMBRÁNA**

**ODOBERATEĽNÉ POLIA  
NA SUCHÝ ZIPS S  
GUMOVÝM PROFILOM  
- PRE ÚDRŽBU ŠEJKRU**



 **NASA SLOVAKIA**  
*Business, Services, Technology*



 **TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š. p.**  
Krajinská cesta 2929/9  
921 01 Piešťany, Slovenská republika  
Tel: +421 33 7957180 Fax: +421 33 7957172 E-mail: [voja@tsu.sk](mailto:voja@tsu.sk) www.tsu.sk

**CERTIFIKÁT  
CERTIFICATE**  
č. /No. 124000009  
zo dňa / of 06.03.2012

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Skúšobňa technickej akustiky a spotrebného tovaru, vydáva tento certifikát.  
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Technical acoustics and consumer goods testing body, issues this certificate

Výrobok / Product:  
**Akustická skúšobná kabína / Acoustic test cabiné**

Typ/Type:  
---

Ziadateľ / Applicant:

Výrobca / Manufacturer:  
**NASA Slovakia, s. r. o., Hečkova 2543, SK – 010 01 Žilina, Slovenská republika / Slovak Republic**  
IČO / Company Reg. No.: 364 05850

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného výrobku s technickými požiadavkami uvedenými v:  
- technickej špecifikácii No.: ES 88550-10

This certificate confirms the compliance of the product characteristics with the technical requirements listed in:  
- engineering specification No.: ES 88550-10

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného výrobku s technickými požiadavkami sú uvedené v protokole o meraní č. 124000009 zo dňa 13.02.2012.  
The test result and findings of the compliance of the type characteristics with the technical requirement listed in Test Report No. 124000009 of February 13, 2012.

   
Ing. Dušan KETKO  
Veľdič skúšobne  
Head of testing body





➤ Úroveň pozadia požadovaná zákazníkom je 25 dB, nameraná pri certifikácii 22,5 dB. Celkovo útlm viac ako 50 dB v celom spektre.

➤ dodávka meracej techniky, spektrálna analýza za časový záznam



